

Elcometer 114 露点計算器

回転式湿度計とスリング式湿度計で測定した乾球温度と湿球温度から、正確な露点と相対湿度を求める際に使用します。

計算可能な温度は、10~50°C (14~122°F) で、精度は標準表示域の±1%です。



仕様

コード番号	説明
G114----2	Elcometer 114露点計算器